


УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера  
НГДУ «Быстринскнефть»

  
И.В.Гордашко  
« 02 » 04 2018 г.

А К Т

02.04.2018 №2

эксплуатационных испытаний

уровнемера магнитоотрицательного многопараметрического

ВЕКТОР 1112U-Вн-ДПТ

НГДУ «Быстринскнефть»

место составления акта

Основание: Программа проведения эксплуатационных испытаний уровнемеров магнитоотрицательных многопараметрических и преобразователя линейных перемещений на объектах ОАО «Сургутнефтегаз», утверждённая главным инженером НГДУ «Быстринскнефть» В.А.Жильцовым 27.07.2017 г.

программа эксплуатационных испытаний (план, договор и т.д.), дата, номер

Составлен комиссией в составе:

Председатель

Р.В.Осташко, заместитель главного инженера

Члены комиссии:

Н.М.Нурияхметов, начальник отдела АСУП

С.В.Алексеев, начальник ЦАП

Присутствовали: (при необходимости)

В период с 11.10.2017 по 31.03.2018 комиссия, назначенная программой проведения эксплуатационных испытаний от 27.07.2017 г., провела эксплуатационные испытания опытного образца, уровнемера магнитоотрицательного многопараметрического ВЕКТОР 1112U-Вн-ДПТ заводской №00049, установленного на ёмкости приготовления солевого раствора №11, узла солерастворного, Быстринского месторождения.

Комиссией установлено:

Уровнемер магнитоотрицательный многопараметрический 1112U-Вн-ДПТ соответствуют своим техническим характеристикам и пригоден для эксплуатации в Обществе.

Замечания:

Неудобно расположены кабельный ввод и клеммник внутри уровнемера, что вызывает трудности при его подключении.

Выводы и предложения:

1. Найти решение для изменения расположения кабельного ввода и клеммника.
2. Проработать вопрос возможности уменьшения общих габаритов уровнемера по заказу.
3. Реализовать возможность горизонтального расположения блока интерфейсного БИВ с горизонтальным расположением кабельных вводов.
4. В остальном уровнемер магнитоотрицательный многопараметрический ВЕКТОР 1112U-Вн-ДПТ соответствует своим техническим характеристикам.

Составлен в 2-х экземплярах и направлен:  
первый экземпляр – НГДУ «Быстринскнефть».  
копия – ООО «ОКБ Вектор».

Приложение: график параметров на 1 л. в 1 экз.  
наименование

Члены комиссии:

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and more compact.

Р.В.Осташко

Н.М.Нурияхметов

С.В.Алексеев